

GZ 4572/2008

**EG-Baumusterprüfbescheinigung/EC type examination certificate
Nr. A 0445/2112/2007 2.Addition / 2. Zusatz
Temperaturfühlerpaar der Bauart 90.2428/50 und 90.2438/50**

ausgestellt von Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV)
issued by Kennnummer als benannte Stelle: 0445

gemäß § 39 des Maß- und Eichgesetzes (MEG), BGBl.Nr.152/1950, in der geltenden Fassung, in Zusammenhalt mit der Verordnung BGBl.II Nr. 274/2006 igF. und den Eichvorschriften für Wärmezähler, Amtsblatt für das Eichwesen Sondernummer 2006 igF., welche die Richtlinie 2004/22/EG igF. umsetzen.

according to § 39 of Metrology Act, federal gazette No. 152/1950, as amended, the regulation concerning measuring instruments federal gazette II 274/2006 as amended and the regulation concerning Heat meters, Amtsblatt für das Eichwesen special issue 2006 as amended, implementing directive 2004/22/EC as amended.

ausgestellt für Jumo GmbH & Co. KG
issued to Molkestraße 13-31
36039 Fulda
Deutschland

für Temperaturfühlerpaar für Wärmezähler
for im Direkteinbau (Bauart: 90.2428/50) und
im Tauchhülse einbau (Bauart: 90.2438/50)
Typ: Pt100, Pt500, Pt1000 nach DIN EN 60751:1996

Gültig bis 30. Mai 2017
valid until

Die Hauptmerkmale, Zulassungsbedingungen und Auflagen sind in der Anlage enthalten, die Bestandteil der Zulassung ist und 11 Seiten umfasst.

Description, technical data, requirements and security measures are included in the Annex being part of the type examination certificate.

Wien, am 19. September 2008
Die Leiterin der benannten Stelle



Ulrike Fuchs
Ulrike Fuchs