

Benannte Stelle NB 0445



Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

BEV – Benannte Stelle NB 0445, Arltgasse 35, A-1160 Wien

FL52040103 08.2009 DVR: 0037028

GZ 5373/2009

EG-Baumusterprüfbescheinigung/EC type examination certificate Nr. A 0445/2112/2007 3. Addition / 3. Zusatz Temperaturfühlerpaar der Bauarten 90.2428/50 und 90.2438/50

ausgestellt von Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV)
issued by Kennnummer als benannte Stelle: 0445

gemäß §§ 18 und 39 des Maß- und Eichgesetzes (MEG), BGBl.Nr.152/1950, in der geltenden Fassung, in Zusammenhalt mit der Verordnung BGBl.II Nr. 274/2006 igF. und den Eichvorschriften für Wärmezähler, Amtsblatt für das Eichwesen 3/2006 igF., welche die Richtlinie 2004/22/EG igF. umsetzen.

according to §§ 18 and 39 of Metrology Act, federal gazette No. 152/1950, as amended, the regulation concerning measuring instruments federal gazette II 274/2006 as amended and the regulation concerning Heat meters, Amtsblatt für das Eichwesen 3/2006 as amended, implementing directive 2004/22/EC as amended.

ausgestellt für Jumo GmbH & Co. KG
issued to Molkestraße 13-31
36039 Fulda
Deutschland

für Temperaturfühlerpaar für Wärmezähler
for im Direkteinbau (Bauart: 90.2428/50) und
im Tauchhülse einbau (Bauart: 90.2438/50)
Typ: Pt100, Pt500, Pt1000 nach DIN EN 60751:1996

Gültig bis 30. Mai 2017
valid until

Die Hauptmerkmale, Anforderungen und Auflagen sind in der Anlage enthalten, die Bestandteil der Bescheinigung ist und 13 Seiten umfasst.

Description, technical data, requirements and security measures are included in the Annex (13 pages) being part of the type examination certificate.

Wien, am 30. Oktober 2009
Die Leiterin der benannten Stelle



Dr. Ulrike Fuchs

BEV
Benannte Stelle – NB 0445
Arltgasse 35
A – 1160 Wien

Tel.: +43-(0)1-21 110-6360
Fax: +43-(0)1-21 110-6000
E-Mail: Benannte.Stelle@bev.gv.at
See you: www.bev.gv.at

UID: ATU38473200
PSK: 5190001
BLZ: 60000
IBAN: AT56 6000 0000 0519 0001
BIC: OPSKATWW

