

GZ 2112/2007

**EG-Baumusterprüfbescheinigung/EC type examination certificate
Nr. A 0445/2112/2007**

Temperaturfühlerpaar der Bauart 90.2428/50 und 90.2438/50

ausgestellt von Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV)
issued by Kennnummer als benannte Stelle: 0445

gemäß § 39 des Maß- und Eichgesetzes (MEG), BGBl.Nr.152/1950, in der geltenden Fassung, in Zusammenhalt mit der Verordnung BGBl.II Nr. 274/2006 und den Eichvorschriften für Wärmezähler, Amtsblatt für das Eichwesen Sondernummer 2006, welche die Richtlinie 2004/22/EG umsetzen.

according to § 39 of Metrology Act, federal gazette No. 152/1950, last amended with federal gazette I No. 137/2004., the regulation concerning measuring instruments federal gazette II 274/2006 and the regulation concerning Heat meters, Amtsblatt für das Eichwesen special issue 2006, implementing directive 2004/22/EC.

ausgestellt für Jumo GmbH & Co. KG
issued to Moltkestraße 13-31
36035 Fulda
Deutschland

für Temperaturfühlerpaar für Wärmezähler
for im Direkteinbau (Bauart: 90.2428/50) und
im Tauchhülse einbau (Bauart: 90.2438/50)
Typ: Pt100, Pt500, Pt1000 nach DIN EN 60751:1996

Gültig bis 30. Mai 2017
valid until

Die Hauptmerkmale, Zulassungsbedingungen und Auflagen sind in der Anlage enthalten, die Bestandteil der Zulassung ist und 8 Seiten umfasst.

Description, technical data, requirements and security measures are included in the Annex being part of the type examination certificate.

Wien, am 30. Mai 2007

Der Leiter der benannten Stelle




Mag. Robert Edelmaier